№ п/п	Наименование товара /	Кол-во	Ед. изм.	Описание товара
1.	Реагент д/разведения Дилюент M-53 D Diluent (20л/кор.) A11-000136--- (Shenzhen Mindray, Китай)	8	упак	Обеспечивает стабильную среду для определения количества и размеров клеток крови на анализаторе BC-5300 Фасовка: Канистра 20л Состав: Хлорид натрия, безводный сульфат натрия, буферы, антигрибковые и антибактериальные вещества Условия хранения: 2-30°C Срок годности после вскрытия флакона: 60 дней Штрих код для опознавания анализатором реагента: Наличие
2.	Пипетка ПП,Пастеровская,трансфер,на3мл,градуир,ИУ F1016-1 (Zhejiang Gongdong (Китай)	300	шт	Пипетка для дозирования жидкости тип Пастера, объем 3 мл, нестерильная. Градуировка: наличие
3.	Реагент для очистки зонда M-53 P Probe Cleanseer (50мл) 003D-30-84194 (Shenzhen Mindray, Китай)	10	флак	Концентрированный промывающий или очищающий раствор, предназначенный для использования как расходный материал на борту автоматических или полуавтоматических приборов, который используются в процессе подготовки, окрашивания и/или анализа клинических лабораторных образцов. Объем реагента: 50 Кубический сантиметр;^миллилитр Назначение: Для анализаторов Mindray Дополнительные характеристики: * Предназначен для периодической очистки анализатора BC-5300 Состав: ПАВ, гипохлорит натрия, гидроксид натрия Фасовка: флакон 50 мл. Условия хранения : 2-30°C Срок годности после вскрытия: 60 дней
4.	ДС-ИФА-ЛЮИС-ТЕСТ	2	набор	Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для качественного и/или количественного определения неспецифичных реагиновых антител, продуцируемых в ответ на бактериальную инфекцию Treponema pallidum, в клиническом образце. Количество выполняемых тестов ≥ 500 шт Метод анализа: Реакция микропреципитации ассоциированных с сифилисом антител с кардиолипиновым антигеном на пластиковой тест-карте. Форма реагента: готовая к использованию окрашенная суспензия кардиолипинового антигена с холин-хлоридом Исследуемый материал: Сыворотка (плазма) крови, ликвор человека Время анализа не более 10 минут Количество исследуемого образца не более 50 мкл

				Наличие готового окрашенного положительного контрольного образца не менее 1,0 мл Специфичность оцененная на выборке не менее 350 образцов ликвора выше 99,0%
5.	Реагент лизирующий M-53LEO(Il) Lyse (400мл х 4) A11-000131--- (Shenzhen Mindray, Китай)	1	упак	Назначение: Окрашивает эозинофилы, используется совместно с M-53LEO (I) Lyse для дифференциации лейкоцитов на 4 субпопуляции. Предназначен для анализатора BC-5300. Фасовка: Не менее 4 фл по 400 мл Состав: ПАВ, краситель Срок годности после вскрытия: не менее 60 дней Условия хранения: 2-30°C Штрих-код для идентификации реагента анализатором: Наличие
6.	Окрашивание по Граму ИВД, реагент	1	упак	Набор химических реактивов, красителей и/или других связанных с ними материалов для окрашивания по методике Грама или Брауна-Хоппса, предназначенный для выявления и дифференцировки бактерий в биологическом/клиническом образце на основе химических и физических свойств их клеточных стенок. Дополнительные характеристики: Состав набора карболовый раствор генцианвиолета (100 мл),раствор Люголя (100 мл),карболовый фуксин Циля (концентрат 10 мл). Дополнительно в набор входят крышки-капельницы, 3шт. Количество определений >= 200.Красителей и других связанных с ними материалов.
7.	Реагент лизирующий M-53LEO(l) Lyse (1л х 4) A11-000128 --- (Shenzhen Mindray, Китай)	1	Упак	Разрушает эритроциты, преобразует гемоглобин в комплекс для определения концентрации гемоглобина. Используется для идентификации базофилов среди остальных лейкоцитов, а также для подсчета лейкоцитов Фасовка: Не менее 4 фл по 1 л Состав: Четвертичные соли аммония, изопропанол Срок годности после вскрытия: не менее 60 дней Условия хранения: 2-30°C Штрих-код для идентификации реагента анализатором: Наличие
8.	Реагент лизирующий M-53 LH Lyse (500мл х 4) A11-000132--- (Shenzhen Mindray, Китай)	1	Упак	Разрушает эритроциты, преобразует гемоглобин в комплекс для определения концентрации гемоглобина. Используется для идентификации базофилов среди остальных лейкоцитов, а также для подсчета лейкоцитов Фасовка: Не менее 4 фл по 500 мл Состав: Четвертичные соли аммония, изопропанол Срок годности после вскрытия: не менее 60 дней Условия хранения: 2-30°C Штрих-код для идентификации реагента анализатором: Наличие
9.	Глюкоза (4*40мл+2*20мл) GLU0102 (105-000849-00) (Shenzhen Mindray, Китай)	5	Упак	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения глюкозы (glucose) в клиническом образце методом ферментного спектрофотометрического анализа.

				Количество выполняемых тестов: 569 (штук) Назначение: Для анализаторов серии BS Дополнительные характеристики*: Набор для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме методом фотометрии на анализаторе BS-200. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: реакция с глюкооксидазой-пероксидазой (GOD-POD). Определение на длине волны: 510 нм. Аналитический диапазон: 0,3-28 ммоль/л. Интерференция, аскорбиновая кислота: 30 мг/дл. Интерференция, иктеричность: 40 мг/дл. Интерференция, липимичность: 500 мг/дл. Интерференция, гемолиз: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: 30 дней. Частота калибровки: при смене лота. Температура хранения: 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: 569. Фасовка: R1 4 флакона по 40 мл + R2 2 флакона 20 мл
10.	Холестерин Total (4*40мл) TC0102 (105-000820-00) (Shenzhen Mindray, Китай)	5	Упак	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения общего холестерина (total cholesterol) в клиническом образце методом ферментного спектрофотометрического анализа. Назначение: Для анализаторов серии BS Количество выполняемых тестов: 491 (штук) Дополнительные характеристики*: Набор для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке, плазме и моче методом фотометрии на анализаторе BS-200. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: реакция с холестериноксидазой- пероксидазой (CHOD-POD). Определение на длине волны: 510 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон: 3,85-769,23 мг/дл. Интерференция, липимичность: 500 мг/дл. Интерференция, гемолиз: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: 28 дней. Частота калибровки: при смене лота. Температура хранения: 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: 491. Фасовка: 4 флакона по 40 мл
11.	Креатинин (2*27ml+1*18ml) CRE1202 SOM (105-004614-00) (Shenzhen Mindray, Китай)	3	упак	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения креатинина (creatinine) в клиническом образце методом

				ферментного спектрофотометрического анализа. Количество выполняемых тестов: 253 (штук) Назначение: Для анализаторов серии BS Дополнительные характеристики*: Набор для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке , плазме или моче методом фотометрии на анализаторе BS-200. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: реакция с саркозиноксидазой. Определение на длине волны: 546 нм. Аналитический диапазон: 0,11-79,3 мг/дл. Интерференция, аскорбиновая кислота: 30 мг/дл. Интерференция, иктеричность: 20 мг/дл. Интерференция, липимичность: 250 мг/дл. Интерференция, гемолиз: 100 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: 28 дней. Частота калибровки: при смене лота. Температура хранения: 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: 253. Фасовка: R1 2 флакона по 27 мл + R2 1 флакон 18 мл
12.	Аланинаминотрансфераза (4*35мл+2*18мл) ALT0102 (105-000814-00) (Shenzhen Mindray, Китай)	5	Упак	Набор реагентов для количественного определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме фотометическим кинетическим методом на анализаторе BS-200. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: кинетический фотометрический метод, рекомендованный IFCC. Определение на длине волны: 340 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон: 4 - 1000 Ед/л. Интерференция, аскорбиновая кислота: 30 мг/дл. Интерференция, инкретичность: 40 мг/дл. Интерференция, гемолиз: 500 мг/дл. Интерференция, липимичность: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: 28 дней. Частота калибровки: при смене лота. Температура хранения: 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: 600. Фасовка: R1 4 флакона по 35 мл + R2 2 флакона по 18 мл
13.	Контрольный материал CC.M.Control (L 1) (CE,10x5 ml) 105-009117-00 (Shenzhen Mindray, Китай)	1	упак	Клинико-химический мультиконтроль(Значение 1) используется для контроля качества измерения рутинных биохимических анализов в измерительных системах Mindray BS. Определяемые параметры: Альбумин (ALB), Щелочная фосфатаза (ALP), Аланинаминотрансфераза (ALT), Альфа-амилаза (α-AMY), Аспартатаминотрансфераза (AST), Прямой билирубин (Bil-D), Общий билирубин (Bil-T), Кальций (Ca), Общий холестерин (TC), Креатинкиназа (CK), Креатинин (CREA),

				Глюкоза (Glu), Гамма-глутамилтрансфераза (γ-GT), α-гидроксибутиратдегидрогеназа (α-HBDH), Лактатдегидрогеназа (LDH), Магний (Mg), Фосфор (P), Общий белок (TP), Триглицериды (TG), Мочевина (UREA), Мочевая кислота (UA), Железо (Fe), Холинэстераза (CHE), Липаза (LIP), Натрий (Na+), Калий (K+), Хлориды (Cl-), Иммуноглобулин A (IgA), Иммуноглобулин G (IgG), Иммуноглобулин M (IgM), Комплемент C3 (C3), Комплемент C4 (C4), С-реактивный белок (CRP), Холестерин ЛПВП (HDL-C), Холестерин ЛПНП (LDL-C), Аполипопротеин A1 (ApoA1), Аполипопротеин B (ApoB), Преальбумин (PA), Креатинкиназа-MB (CK-MB), Антистрептолизин O (ASO), Трансферрин (TRF), Ферритин (FER), Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC). Наличие целевых значений для биохимических анализаторов BS-200E_240Pro_380_480_600_800-800M Количество уровней: 1. Состояние: лиофилизированный. Стабильность после разведения при температуре -20 ~- 15 ℃: не менее 4 недель (универсальные компоненты), не менее 2 недель (Bil-T/Bil-D/UIBC). Температура хранения, не более: 2°C－8°C в защищенном от света месте. Фасовка: не менее 10 флаконов по 5 мл.
14.	Пробирка полимерная круглодонная 5 мл (6000 шт/уп) TT-5002 (Plastilab s.a.r.l. (Lebanon))	2500	шт	Пробирка для предварительного разведения, бактериального культивирования, хранения образцов и для других целей. Изготовлена из полистирола медицинского класса общего назначения. Высокое оптическое качество. Дно пробирки круглое Диаметр: Не более 11 мм Высота: Не более 73 мм Максимальный объем: Не менее 5 мл
15.	Холестерин HDL (1*40мл+1*14мл) HDL0102 (105-000835-00) (Shenzhen Mindray, Китай)	3	упак	Набор для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке методом фотометрии на анализаторе BS-200. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: прямой метод. Определение на длине волны: 600 нм. Аналитический диапазон: 0,05-6 ммоль/л. Интерференция, аскорбиновая кислота: 30 мг/дл. Интерференция, икретичность: 40 мг/дл. Интерференция, липимичность: 1000 мг/дл. Интерференция, гемолиз: 300 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: 28 дней. Частота калибровки: при смене лота. Температура хранения: 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: 156. Фасовка: R1 1 флакон 40 мл + R2 1 флакон 14 мл
16.	Аспартатаминотрансфераза (4*35мл+2*18мл) AST0102 (105-000815-00) (Shenzhen Mindray, Китай)	5	упак	Набор реагентов для количественного определения аспартатаминотрансферазы в сыворотке, плазме на анализаторе BS-200. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: кинетический фотометрический метод, рекомендованный IFCC.

				Определение на длине волны: 340 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон: 4 - 800 Ед/л. Интерференция, аскорбиновая кислота: 30 мг/дл. Интерференция, инкретичность: 40 мг/дл. Интерференция, липимичность: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: 28 дней. Частота калибровки: при смене лота. Температура хранения: 2°C—8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: 600. Фасовка: R1 4 флакона по 35 мл + R2 2 флакона по 18 мл
17.	Белок Total (4*40мл) TP0102 (105-000823-00) (Shenzhen Mindray, Китай)	2	Уак	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения общего белка (total protein) в клиническом образце методом спектрофотометрического анализа. Назначение: Для анализаторов серии BS, Количество выполняемых тестов: ≥ 500 (штук) Дополнительные характеристики: *Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения общего белка (total protein) в клиническом образце методом спектрофотометрического анализа на анализаторе BS-200. НазНабор для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: биуретовый метод. Определение на длине волны, не более: 546 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон, не менее: 2-120 г/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, иктеричность, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 2000 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 250 мг/дл. Интерференция, декстрана, не менее: 1000 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения, не более: 2°C—8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе, не менее: 731. Фасовка: не менее 4 флаконов по 40 мл
18.	Техпластин-тест на 100 опр. №131 (Технология стандарт ООО (Россия)	3	Набор	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения протромбинового времени (prothrombin time (PT)) в

				клиническом образце, с или без стандартизации относительно международного стандартизованного отношения (international normalized ratio (INR)) методом анализа образования сгустка. Для ручной постановки анализа Дополнительные характеристики: *Предназначен для оценки протромбинового времени свёртывания цитратной плазмы, полученной из венозной крови, по методу Квик в ручном варианте или с помощью коагулометра. Определение протромбинового времени используется для тестирования факторов протромбинового комплекса (II - протромбина, V, VII, X) и контроля за лечением антикоагулянтами непрямого действия. Количество выполняемых тестов: Минимальное значение 100 Фасовка: 4 флакона по 25 тестов
19.	Кювета д/автомата BS -200 уп.1000шт BA31-30-41635 (Shenzhen Mindray, Китай)	1	упак	Предназначены для проведения биохимической реакции на анализаторе BS-200 Количество кювет в сегменте: 10 штук Размеры: 5мм х 6мм х 30мм Оптический путь: 5 мм Объем реакционной смеси 900 мкл Фасовка 1000 кювет Состав Пластик
20.	ОптиФибриноген - тест ПГ -11/1 (Ренам НПО), Россия	3	упак	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения фибриногена (фактора I) (fibrinogen (factor I)) в клиническом образце методом анализа образования сгустка. Назначение: для ручной постановки анализа. Количество выполняемых тестов: 320 (шт) Дополнительные характеристики: Набор реагентов для определения содержания фибриногена по методу Клаусса. Предназначен для работы на всех типах полуавтоматических коагулометров и автоматических коагулометрах, использующих реагенты с содержанием каолина. Состав набора: тромбин, содержащий легкую фракцию каолина – 8 фл, имидазоловый буфер – 1 фл., плазма-калибратор (1 мл) – 1 фл. Стабильность после вскрытия 2 дня при 18-25 °С
21.	СРБ (1*40мл+1*10мл) CRP0102 (105-000841-00) (Shenzhen Mindray, Китай)	3	упак	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенных для количественного определения С-реактивного белка (C-reactive protein, CRP) в клиническом образце методом нефелометрического/турбидиметрического анализа на анализаторе BS-200. Количество выполняемых тестов: 121 (штук) Для анализаторов открытого типа Дополнительные характеристики*: Набор для количественного определения концентрации CRP в сыворотке методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: метод турбидиметрии. Определение на длине волны: 340 нм. Аналитический диапазон: 2-150 мг/л.

				Интерференция, аскорбиновая кислота: 30 мг/дл. Интерференция, икретичность: 40 мг/дл. Интерференция, гемолиз: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: 28 дней. Частота калибровки: при смене лота. Температура хранения: 2°С—8°С в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: 121. Фасовка: R1 1 флакон 40 мл + R2 1 флакон 15 мл
22.	ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ Кат № В 15.11	2	наб	Набор реагентов для определения концентрации гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови иммунотурбидиметрическим методом. Состав набора: 1.Реагент 1 - Латекс (2×15 мл). 2.Реагент 2 - Антитела (10 мл). 3. Реагент 3 - Гемолизирующий реагент (250 мл).Чувствительность - не более 3%. Диапазон измерений - 3-16%; коэффициент вариации не более 3%; температура инкубации 37 С; длина волны 670 (580-690) нм. Набор предназначен для полуавтоматических и автоматических анализаторов. Срок годности 24 месяца. Срок хранения вскрытых реагентов 1 и 2 - 1 месяц; вскрытого реагента 3 - до окончания срока годности.
23.	АЧТВ-тест ПГ-7/1 (Ренам НПО)	2	упак	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения активированного частичного тромбопластинового времени (Activated partial thromboplastin time (APTT)) клинического образца посредством анализа образования сгустка. Назначение: для ручной постановки анализа. Количество выполняемых тестов: 560 (шт). Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) на основе лиофильно высушенной смеси фосфолипидов сои и эллаговой кислоты для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа. Состав набора: АЧТВ-реагент – 7 фл. по 4 мл., раствор кальция хлористого 0,025 М (10 мл) – 3 фл. Стабильность (CaCl2) после вскрытия 8-и часов при 37°, до окончания срока хранения в закрытом виде при 2-25 °С ; стабильность (АЧТВ) 24 часов при 18-25 °С, 14 суток при 2-8 °С, 2 месяцев при -18 - -20 °С
24.	Альбумин ALB0102, 4*40ml (105-000822-00) (Shenzhen Mindray, Китай)	1	упак	Набор для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке или плазме методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: реакция с бромкрезоловым зеленым (BCG). Определение на длине волны, не более: 578 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон, не менее: 3 - 60 г/л. Интреференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, инкретичность, не менее: 40 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней.

				Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения, не более: 2°С—8°С в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе, не менее: 491 Фасовка: не мнее 4 флаконов по 40мл.
25.	Шарики стальные (700шт.в уп.) для TS-серии 8000001-2-RU	2	упак	Назначение: используются для определения свертываемости крови в анализаторе Материал изготовления: Металл Масса шарика: не менее 55 мг Размер шарика (диаметр): не менее 0,24 см Количество в упаковке: не менее 700 шт.
26.	Щелочная фосфатаза (4*35 мл+2*18мл) ALP0102 (105-000816-00) (Shenzhen Mindray, Китай)	1	упак	Набор реагентов для количественного определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме фотометрическим кинетическим методом. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: Модифицированный метод Международной федерации клинической химии и лабораторной медицины (IFCC). Определение на длине волны, не более: 405 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин. Аналитический диапазон, не менее: 5 - 800 Ед/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, инкретичность, не менее: 40 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 14 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения, не более: 2°С—8°С в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе, не менее: 600. Фасовка: R1 не менне 4 флакона по 35 мл + R2 не менее 2 флаконов по 18 мл
27.	Железо FE0102 105-001583-00 2x4ml*1*16ml (Shenzhen Mindray, Китай)	1	упак	Набор для количественного определения in vitro концентрации железа в человеческой сыворотке или гепаринизированной плазме методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: колориметрический химический анализ (Феррозин). Определение на длине волны, не более: 570 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин. Аналитический диапазон, не менее: 0,9-200 мкмоль/л. Интерференция, иктеричность, не менее: 40 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 50 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота.

				Температура хранения, не более: 2°С—8°С в защищенном от света месте. Наличие в наборе калибратора: наличие. Наличие в наборе контрольных материалов: наличие. Количество тестов в наборе, не менее: 263. Фасовка: R1 не менее 2 флаконов по 40 мл+R2 1 флакон не менее 16 мл + калибратор 1 флакон не менее 1.5 мл + Контроль 1 флакон не менее 5 мл
28.	Фосфор P0102 (4*40ml) 105-000833-00 (Shenzhen Mindray, Китай)	1	упак	Набор для количественного определения концентрации фосфора в сыворотке, плазме или моче методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: реакция с образованием фосфомолибдата. Определение на длине волны, не более: 340 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон, не менее: 0,3-4,0 ммоль/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 1000 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения, не более: 2°С—8°С в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе, не менее: 491. Фасовка: R не менее 4 флаконов по 40 мл
29.	Билирубин Total DSA (4*20мл+1*20мл) TBI0102 (105-000850-00) (Shenzhen Mindray, Китай)	5	упак	Набор для количественного определения концентрации общего билирубина в сыворотке, плазме или моче методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: реакция с диазотированной сульфаминовой кислотой (DSA). Определение на длине волны, не более: 546 нм. Используемые антикоагулянты: ЭДТА. Аналитический диапазон, не менее: 1,7-600 мкмоль/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 10 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 1000 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 40 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения, не более: 2°С—8°С в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе, не менее: 327. Фасовка: R1 не менее 4 флаконов по 20 мл + R2 1 флакон не менее 20 мл.
30.	Мочевая Кислота (4*40ml+2*20ml) UA0102 105-000848-00 (Shenzhen Mindray, Китай)	2	упак	Набор реагентов для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме или моче методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие.

				Метод определения: реакция с уриказой-перокисдазой. Определение на длине волны, не более: 546 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон, не менее: 20,8-1500 мкмоль/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 15 мг/дл. Интерференция, иктеричность, не менее: 20 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 250 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения, не более: 2°С—8°С в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе, не менее: 569. Фасовка: R1 не менее 4 флаконов по 40 мл + R2 не менее 2 флаконов по 20 мл
31.	Альфа Амилаза (1*38мл+1*10мл) AMY0102 (105-000847-00) (Shenzhen Mindray, Китай)	3	упак	Набор реагентов для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме или моче кинетическим методом на фотометрических системах. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: кинетический метод, рекомендованный IFCC. Определение на длине волны, не более: 405 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон, не менее: 5 - 1500 Ед/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, инкретичность, не менее: 40 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 250 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 35 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения, не более: 2°С—8°С в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе, не менее: 154 Фасовка: R1 1 флакон не менее 38 мл + R2 1 флакон не менее 10 мл